

**THƯ MỜI**  
**Chào giá**

Kính gửi: Quý công ty.

Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế. Kính mời Quý công ty có quan tâm báo giá theo mẫu (đính kèm).

*Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản và file mềm.*

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2026.

- Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ số 126, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

- File Exel gửi qua địa chỉ email: [ttytbenluc@tayninh.gov.vn](mailto:ttytbenluc@tayninh.gov.vn)

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức, số 126, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

***Ghi chú:***

- Báo giá được ký do đại diện hợp pháp của công ty và được đóng dấu.
- Có ngày bắt đầu và ngày hết hạn báo giá rõ ràng.
- Nếu có nhiều trang thì phải giáp lai tất cả các trang của báo giá.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Các nhà cung cấp tại Việt Nam;
- Website TTYTKV;
- Trang muasamcong;
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hồng Thái**

**TÊN:** .....  
**ĐỊA CHỈ:** .....  
**MÃ SỐ THUẾ:**.....  
**SỐ ĐIỆN THOẠI:** .....

## BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức, chúng tôi báo giá thiết bị y tế như sau:

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy điện xung trị liệu	<p><b>Cấu hình bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- 04 Điện cực</li> <li>- 02 Dây điện cực</li> <li>- 04 Đai cố định điện cực</li> <li>- 01 Đầu phát dòng điện áp cao một chiều</li> <li>- 01 Dây điện nguồn</li> <li>- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</li> </ul> <p><b>Thông số kỹ thuật</b></p> <p>Dòng giao thoa 4 cực IF 4  Dòng kích thích thần kinh cơ EMS  TENS  HV  MCR (vi dòng)  Galvanic  Faradic  Diadynamic  Traebert  Diagnostic: chẩn đoán điện cơ với 2 chế độ I/T và AQ  Màn hình: cảm ứng  Số kênh ra: 2 kênh  Khả năng kết nối: Có thể kết nối với máy hút chân không.  Tần số mang: 2; 4; 5; 8; 10kHz  Tần số dòng: IF: 1 - 250Hz;  EMS: 20 - 250Hz;  TENS: 0,5 - 250 Hz, HV: 0,5 - 200Hz; MCR: 0,2 - 400 Hz;  Galvanic 0,95- 15,8Hz;  Faradic 20-250Hz;  Diadynamic 50 hoặc 100Hz,  Traebert 142Hz  Cường độ dòng (cực đại): IF,</p>	Máy	01		

		EMS, TENS, Russia 100mA/HV 600mA/ MCR 750μA/Galvanic 20mA/Faradic, Diadynamic, Traebert, I/T, AQ 70mA Góc quét: 0°, 15°, 30°, 45° Thời gian điều trị: tối đa 60 phút Công suất tiêu thụ: 100VA				
2	Thùng nấu sáp Paraffin	<b>Cấu hình cung cấp:</b> - Bồn nhúng sáp parafin - Điều khiển nhiệt độ tự động - Xe đẩy - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt <b>Thông số kỹ thuật:</b> Chất liệu: vỏ thùng và chân đế được làm bằng inox 304 - không gỉ. Điện nguồn 220V Dung tích thùng 44 lít (thể tích sử dụng trong khoảng 5- 40 lít), có nắp đậy, có van xả. Chế độ ù: Tự động kích hoạt bật hoặc tắt để duy trì độ nóng mong muốn.	Cái	01		
<b>TỔNG CỘNG</b>						

Báo giá này có hiệu lực:(tối thiểu trong vòng 90 ngày), kể từ ngày tháng  
...năm 2026 đến ngày....tháng.....năm 2026.

Ngày ..... tháng .....năm 2026  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO  
PHÁP LUẬT**  
(Ký tên và đóng dấu)